

Otwock, dn. 14 listopada 2019 r.

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy zapytania ofertowego na „Dostawę urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapytania ofertowego dotyczące przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuści urządzenie do ultradźwięków o następujących parametrach:

- Duży (4,3') kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym
- Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
- Głowice dwuczęstotliwościowe: 1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm²
- Praca ciągła i impulsowa
- Głowice wodoodporne bez funkcji podgrzewania
- Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem
- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
- Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
- Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów
- moc ciągła 2,5W/cm²
- moc impulsowa w szczycie 3W/cm²
- częstotliwość impulsów 10-150Hz
- wypełnienie impulsów płynnie: 5 – 100%, krok 5%
- skokowo: 6,25%; 12,5%; 25%; 50%
- zegar sterujący czasem zabiegu 1 sec - 30 min
- zasilanie sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 50VA
- klasa ochronności elektrycznej I typ B
- wymiary 335 x 270 x 125 mm
- masa sterownika 2.5 kg

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego urządzenia.

Z up. Główny Księgowy
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA
w Otwocku
/-/ Alina Frelek